NETTOYAGE, DESINFECTION ET STERILISATION DES INSTRUMENTS KaVo

Après chaque patient (au minimum 2x par jour)

1 Pour réduire les risques d'infection à un minimum, l'entretien des instruments doit toujours être effectué avec des gants de protection.

2 Retirer l'instrument rotatif de l'accouplement du micromoteur.

3 Dans tout les cas: Retirer les fraises et outils de meulage pour éviter tout risque de blessure

4 Nettoyer et désinfecter la surface de l'instrument rotatif. Eliminer les impuretés restantes en brossant (brosse douce) l'instrument avec une solution d'alcool.
Ne pas placer ou tremper dans des bains de désinfection

5 Nettoyage intérieur et lubrification avec l'appareil à votre dispotition (QUATTROcare, Assistina, ou KaVo Spray)

6 Sécher l'instrument rotatif avec un chiffon ou du papier ménage.

7 Stérilisation avec ou sans sachet stérile dans l'autoclave à 135° C, avec l'appareil à votre disposition. Sortir les instruments rotatifs du stérilisateur immédiatement après le processus accompli. Ne pas laisser dans le stérilisateur durant la nuit.

Le soir avant la lubrification (au minimum 1x par semaine)

a Séparer la tête du manche bleu ou vert. Eliminer sur la tête les impuretés restantes en brossant sous l'eau du robinet ou en l'essuyant avec une solution d'alcool.

b Lubrifier le systéme de serrage par devant (côte introduction de la fraise) avec la pointe du raccord KaVo Spray.
Puis remettre la tête dans le manche.
Ne pas oublier l'instrument rotatif rouge (ne pas retirer la tête).

Puis procéder les points 5,6 et 7.

Suite a une période d'inactivité du cabinet (vacances) lubrifier les instruments rotatifs avec l'appareil à votre disposition.

KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental AG · Steinbruchstr. 11 · 5200 Brugg 3 · Tel 056 460 78 78 · Fax 056 460 78 79 · www.kavo.ch



Pour une durabilité et fiabilité de vos instruments et units KaVo!

Ce mode d'emploi ainsi que d'autres instructions d'entretien concernant les instruments et units KaVo sont disponibles par téléchargement sous

www.kavo.ch/DE/Service.aspx

Vous souhaitez une solution personnalisée?

N'hésitez pas de faire appel à notre représentant régional, vous pouvez fixer un rdv sous

info.ch@kavo.com

KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental AG · Steinbruchstr. 11 · 5200 Brugg 3 · Tel 056 460 78 78 · Fax 056 460 78 79 · www.kavo.ch